

Stół Zabiegowy GOLEM 4S

Stół umożliwia prowadzenie badań i zabiegów w pozycji fotelowej i w pozycji leżą

Ustawienia i wyposażenie standardowe do stołu:

- Regulacja wysokości elektromechaniczna 650-950mm;
- Regulacja segmentu pleców elektromechaniczna $-10/+55^{\circ}$;
- Stała pozycja segmentu siedzenia;
- Segment nożny (pełny) regulowany manualnie $0/-90^{\circ}$ sprężyna gazowa;
- Regulacja „pełnego” segmentu głowy – przycisk sprężyny gazowej $-30/+35^{\circ}$
- Długość 2000mm;
- Szerokość leża 620mm;
- Nośność 150kg;
- Standardowy system regulacji – kablowy pilot ręczny






Lista dostępnego wyposażenia dodatkowego dla stołu:

- przejezdna podstawa - kółka z hamulcami ;
- para listew do akcesoriów na segmencie pleców;
- para listew do akcesoriów na segmencie siedzenia ;
- podpórka infuzyjna ręki;
- podpórka zabiegowa ręki z podparciem podłogowym;
- podpórka dermatologiczna ręki;
- ekran anestezyjologiczny ;
- stojak płynów infuzyjnych;
- podpórki rąk pacjenta montowane na listwie;
- podpórki podudzia typu Goepela z uchwytem na listwę;
- pas mocujący z uchwytem na listwę;
- elektr-mech regulacja segmentu siedzenia / Trendelenburg;
- programator – pamięć 3 pozycji zabiegowych;
- stalowa miska zabiegowa z mocowaniem na listwie;
- schodek pacjenta;
- regulacja panel nożny zamiast pilota ręcznego;
- dwa systemy regulacji pilot ręczny + regulacja nożny panel;
- elektromechanicznie regulowany segment nożny;
- rozdzielny segment nożny manualny;
- podpórka głowy specj. ENT system dwóch sprężyn gazowych;
- podpórka głowy oftalmologiczna;




podpórka głowy specj. ENT system dwóch sprężyn gazowych


Ustawienia dla stołu z elektr-mech regulacją segmentu siedzenia / Trendelenburg;



Ustawienia dla stołu bez elektr-mech regulacji segmentu siedzenia / Trendelenburg;



Rysunek techniczny wersji stołu ze standardowym segmentem głowy.



Poglądowe zdjęcia z realizacji oraz konfiguracja :



Wyposażenie standardowe + kółka + dwie pary listew na segmencie pleców i siedzenia + elektromechanicznie regulowany segment nożny + elektromechanicznie regulowany trendlenburg;



Wyposażenie standardowe + jedna para listew na segmencie pleców + elektromechanicznie regulowany trendlenburg + segment głowy w systemie 2 sprężyny gazowe na 3/4 szerokości leża;



Wyposażenie standardowe + kółka + jedna para listew na segmencie pleców + elektromechanicznie regulowany segment siedzenia - trendlenburg + segment głowy w systemie 2 sprężyny gazowe wąski



Wyposażenie standardowe + kółka + dwie pary listew na segmencie pleców i siedzenia ;
+ elektromechanicznie regulowany segment siedzenia - trendlenburg
+ segment głowy pełny standardowy