

FOTELE GINEKOLOGICZNE

Fotel ginekologiczny MUS - 4000 V

Fotel przeznaczony jest do przeprowadzania zabiegów ginekologicznych, zarówno w pozycji siedzącej jak i leżącej. Fotel umożliwia również przeprowadzanie zabiegów urologicznych a w nagłych sytuacjach może być wykorzystany jako stół zabiegowy. Regulacja wysokości, pochylenia siedziska oraz regulacja oparcia pleców realizowane są za pomocą silników elektrycznych. Fotel wyposażony jest w miskę z tworzywa sztucznego oraz w uchwyt na rolkę papierowego podkładu, który znajduje się za oparciem pleców. Osłony podstawy i kolumny wykonane są z blachy lakierowanej proszkowo. Bezszwowa tapicerka o ergonomicznych kształtach jest oferowana w atrakcyjnych kolorach. Zastosowane materiały tapicerskie, elementy z tworzywa, jak również powłoki ochronne lakierowane i chromowane, łatwe do utrzymania w czystości.

Nr 400 550

Cena od 7 500,00€

**Podstawowe dane techniczne:**

Długość całkowita leża w pozycji poziomej	188 cm	Maksymalna wysokość siedziska w pozycji fotelowej	90 cm
Długość całkowita leża bez płyty podudzia	133 cm	Regulacja płyty plecowej	-15° do 50°
Szerokość siedziska i oparcia	55 cm	Regulacja pochylenia siedziska	25°
Minimalna wysokość siedziska w pozycji fotelowej	55 cm	Zasilanie	230V,50Hz

Stół do badań MUL - 2800III

Stół do badań sterowany elektrycznie.

Regulacja kąta zagłówka	- 24° do + 42°.
Wysokość:	58 + 98 cm.
Szerokość:	65 cm.
Długość:	196 cm.

Pozycja Trendelenburga, pozycja anty-Trendelenburga. Podstawowa wersja stołu do badań jest stacjonarna, opcjonalnie stół może być wyposażony w koła (wersja mobilna)

Nr 2802 wersja z leżem dwusegmentowym

Cena od 3 050,00€

Nr 2805 wersja z leżem trzyssegmentowym

Cena od 4 950,00€



KENDROMED Sp. z o.o.
ul. Soltyświcka 25a, 51-168 Wrocław
tel. +48 71 326 10 35
fax +48 71 326 15 00
kendromed@kendromed.pl

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto, bez kosztów dostawy i montażu.

Zawartość katalogu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.) Informacje zawarte w katalogu mogą nie być poprawne z powodu zmian w produktach wprowadzonych po jego publikacji.